

Załącznik nr 1 do zaproszenia -Opis przedmiotu zamówienia ZP.262.12.2026

L.p.	Nazwa aparatu	Ilość przeglądów serwisowych w roku 2026	Opis usługi przeglądu - zakres prac
1	2	3	4
1.	Demineralizator wody HPL	średnio co 2-3 miesiące w zależności od jakości wody	wymiana filtrów mechanicznych osadowych 5 mikronów, wkładu zmiękczającego, liniowych filtrów 1 mikron oraz liniowych z węglem aktywnym, wymiana filtrów jonowymiennych F3 i F6 przy każdym punkcie poboru wody DEMI, sprawdzenie szczelności połączeń jednostki głównej, sprawdzenie szczelności połączeń przy punktach poboru wody DEMI (połączenia zbiorników buforowych z kanałami), sprawdzenie wydajności i jakości wody produkowanej przez moduł osmotyczny RO 400